



الأعمال التجارية الخاصة بغسيل القولون

Colonic lavage business - Arabic

غسيل القولون إجراء يُستخدم فيه الماء لتنظيف القولون أو الأمعاء الغليظة. ويتّعين على الأعمال التجارية الخاصة بغسيل القولون توفير مرافق للزبائن بموجب نظام الصحة العامة لعام 2022.

لمحة عن نشرة المعلومات هذه

غسيل القولون، الذي يسمّى أيضاً رحض القولون، إجراء يتضمن اختراقاً للجلد بموجب Public Health Regulation 2022 (قانون الصحة العامة لعام 2022) (النظام) ويجب على الأعمال التجارية اتباع ممارسات التحكّم بالعدوى لمنع انتقال العدوى من شخص إلى آخر.

ويمكن أن تنقل علاجات غسيل القولون العدوى الفيروسية أو البكتيرية أو الفطرية من زبون إلى آخر عبر الأجهزة والأسطح الملوّثة. ويمكن أن يسبّب هذا الإجراء إصابات أخرى للزبائن إذا لم يُنقذ بصورة صحيحة. تشمل هذه الإصابات رَضَح (أذية) القولون، كالتقرّح أو الثقب؛ وتفاقم مرض الكلى المزمن كالتهاب الرتوج أو داء كرون أو البواسير؛ والحرق الحراري أو السمط الحراري

يُمكن القائمين بهذه الأعمال التجارية العثور على القواعد المتعلقة بإجراءات اختراق الجلد في "النظام".

تصميم مكان العمل التجاري

- ينبغي أن يكون مكان العمل التجاري مصمماً ومخططاً بشكل يساعد على تنظيفه بسهولة وبصورة صحيحة (راجع نشرة المعلومات بعنوان "تصميم ومخطّط مكان العمل التجاري الذي تمارس فيه إجراءات اختراق الجلد"). اتصل [بالبلدية المحلية \(local council\)](#) لضمان استيفاء جميع القواعد المحلية.
- ينبغي أن يستوفي نظام العلاج القولوني متطلبات البلدية المحلية ومصلحة المياه والصرف الصحي المحلية.
- يجب أن تكون جميع المراحيض وأجهزة التخلّص من مياه الصرف الصحي موصولة بقناة الصرف الصحي.
- يجب أن يكون في جميع أنظمة الرحض (الغسيل) القولوني جهاز وقاية من التدفق العكسي مسجّل ومركّب من جانب سبّاك معتمد وأن يتم اختبار هذا الجهاز سنوياً.
- يجب ان تستوفي المياه متطلبات "تعليمات دائرة الصحة في نيو ساوث ويلز". ويجب استخدام إمدادات مياه البلدة عند توفرها.
- إذا كان يوجد نظام ترشيح/تعقيم مركباً، يجب صيانته بحسب مواصفات المصنع.

- يجب أن تكون حرارة الماء المستخدم في العلاج معدّلة إلى أقرب ما يكون من حرارة الجسم لمنع الحرق الحراري والسمط الحراري.
- ينبغي وجود مضابط لأنظمة غسيل القولون تمنع الزبائن من تعديل الإعدادات (settings) بعد ابتداء الإجراء.
- ينبغي أن لا تكون المضخات أو أجهزة تعزيز الضغط أو مرافق الشفط الأخرى موجودة إلى جهة الزبون من الحوض. وينبغي أن تكون آليات تعديل حرارة الماء مركّبة في مصدر الماء الرئيسي والحوض.
- يُوصى بتوفير مرافق لكل غرفة علاج للنظام المغلق والمفتوح على السواء. لكن:

- بالنسبة إلى النظام المغلق يجب تركيب مرافق لاستخدام الزبون قرب الغرفة التي يجري فيها الإجراء.
- بالنسبة إلى النظام المفتوح يجب وجود مرافق لاستخدام الزبون في الجوار المحاذي مباشرةً لغرفة العلاج.

الأجهزة

- أجهزة الغسيل القولوني طبية، لذا ينبغي أن تحمل رقماً خاصاً بـ"اللائحة الأسترالية للسلع الدوائية" (ARTG) (إدراج أو تسجيل).
- يتعيّن أن تكون جميع الأجهزة بحالة صالحة للعمل وأن يتم تنظيفها وتعقيمها بعد الاستعمال وأن تُحفظ في حالة نظيفة وجافة.
- يجب تعقيم الأجهزة والأدوات التي يتم بواسطتها اختراق الجلد قبل استعمالها.
- يجب أن يُجرى التعقيم بواسطة معقّم بخاري منضدي تحت الضغط تمسّياً مع معيار AS/NZS 4815:2006 مرافق الرعاية الصحية في المكاتب - إعادة معالجة الأدوات والأجهزة الطبية والجراحية القابلة لإعادة الاستخدام، وصيانة البيئة المتعلقة بها (راجع نشرة المعلومات بعنوان "طريقة تنظيف الأدوات والأجهزة القابلة لإعادة الاستخدام وتعقيمها").
- ينبغي استخدام الأدوات التي يصعب تنظيفها وتعقيمها مرة واحدة.
- يجب تنظيف القطع التي تُستخدم في إجراءات اختراق الجلد ولكن لا تخترق الجلد بصورة صحيحة والاحتفاظ بها بحالة نظيفة.
- يجب استخدام مناشف وشراشف (ملاءات) نظيفة لكل زبون جديد. وينبغي غسل الشراشف بمسحوق غسيل والماء الساخن. وإذا تم استخدام غطاء غير منفذ للسوائل (من البلاستيك مثلاً)، فيجب تنظيفه وتعقيمه قبل استخدامه لكل زبون جديد.

المتطلبات الأخرى

- يجب أن يكون العمل التجاري مسجلاً لدى البلدية المحلية ويستوفي جميع المعايير الضرورية الخاصة بالتخطيط والمبنى ولديه جميع الموافقات الضرورية قبل البدء بالعمل.
- يجب التخلص من المخلفات السريية/الخطرة بيولوجياً بواسطة مقاول معتمد للنفايات. اتصل بالبلدية المحلية للحصول على معلومات.
- ينبغي تعديل حرارة الماء إلى ذات مستوى حرارة الجسم الطبيعية لمنع الحرق الحراري أو السمط الحراري. وينبغي أن تكون حرارة الماء المستخدم بين 34 إلى 40 درجة مئوية ولا ينبغي أن تتجاوز 40 درجة مئوية أبداً (حرارة الجسم الطبيعية هي 37,6 درجة مئوية).
- إذا استُخدم صمام مزج حراري لمزج الماء الساخن والبارد، فيجب أن يكون مرصفاً من دائرة الصحة في نيو ساوث ويلز وأن يتم تركيبه وصيانته بمقتضى "النظام".

الرسوم والغرامات

- يمكن اتخاذ إجراءات أخرى إذا لم يتقيد العمل التجاري بالنظام ساري المفعول، بما فيها:
- تلقّي "إشعار بوجوب التحسين" أو "أمر منع" مصحوباً برسم إداري يتراوح بين 285 دولاراً و295 دولاراً.
- تلقّي إشعارات بغرامات تتراوح من 110 دولارات إلى 1100 دولار للأفراد و220 دولاراً إلى 2200 دولار للمؤسسات. وتكون الغرامات القصوى أعلى إذا صدرت عن المحاكم ويمكن أن تشمل غرامات يومية.
- إذا صدر "أمر منع"، يجب أن يعرض العمل التجاري نسخة منه على مدخل العمل التجاري أو بقربه في مكان واضح لرؤية الزبائن.
- يُستوفى رسم لقاء إعادة المعاينة المتعلقة بـ"أمر المنع" يبلغ 225 دولاراً بالساعة مع حدّ أدنى للتكلفة يغطي مدة 30 دقيقة وحدّ أقصى للتكلفة يغطي مدة ساعتين.

للمزيد من الإرشادات

- اتصل بـ [بلديتك المحلية \(local council\)](#).
- اتصل بـ [يوحدة الصحة العامة المحلية \(local Public Health Unit\)](#) على الرقم 066 055 1300.

• يجب تعقيم القناطر ومناظير التجايف، ويُصح بأن تكون أحادية الاستعمال فقط. وينبغي أن تكون جميع الأجهزة مدرجة على "سجلّ لائحة السلع العلاجية" وتحمل رقم ARTG.

• من الصعب تنظيف وتعقيم الأنابيب القابلة لإعادة الاستعمال. وقد يصعب إزالة الهواء بالكامل من الأنابيب وإذا تبقّى هواء فيها فسيستعذر تعقيمها بصورة فعالة وبالتالي يجب أن تكون الأنابيب أحادية الاستعمال.

نظافة مكان العمل التجاري

- يجب أن يبقى مكان العمل التجاري بحالة نظيفة دائماً.
- يجب تنظيف أماكن المعالجة، كالتاولات مثلاً، بعد الانتهاء من كل زبون و/أو وضع غطاء نظيف على سطح طاولة المعالجة.
- ينبغي أن يكون لدى القائمين بالعمل التجاري إجراءات توثّق أعمال تنظيف التجهيزات الثابتة والمعدات وصيانتها، وعلى الموظفين أن يكونوا مدربين على هذه الإجراءات.
- ينبغي أن توضع جميع النفايات في أقباس محكمة الإغلاق والتخلص منها يومياً.
- لا ينبغي فتح علب التعقيم إلا قبيل البدء بالعلاج.
- ينبغي عدم لمس الأجزاء المعقمة من الأدوات التي ستخترق الجسم بيدين عاريتين. وإذا لزم مسك الأدوات المعقمة، يجب استخدام ممسحة معقمة بالكحول موصّبة مسبقاً، أو ممسحة معقمة جافة، أو قفازات معقمة أحادية الاستعمال.
- لمنع انتقال التلوث من شخص إلى آخر، يتعيّن إفراغ جميع السوائل والكريمات في مستوعبات أحادية الاستعمال. واستخدام أداة وضع أحادية الاستعمال لكل شخص يخضع للإجراء (ولا يجب استخدام السوائل والكريمات أكثر من مرة واحدة).
- يجب استخدام معقّمات مطابقة لمستوى المستشفيات في الأعمال التجارية الخاصة بغسيل القولون لسرير المعالجة ونظام الغسيل الخارجي والمرافق التابعة له بسبب ارتفاع خطورة التلوث بالبراز.

النظافة الشخصية لممارسي المهنة

- يجب أن يرتدي الشخص الذي يقوم بإجراء غسيل القولون رداءً (مربولاً) أو مئزراً نظيفاً غير مُنفذ للماء وقفازات أحادية الاستعمال.
- ينبغي تغطية الجروح بضمادات مانعة للتسرب وصامدة للماء.
- ينبغي غسل اليدين:
 - قبل معالجة الزبون وبعدها
 - قبل الإجراء التجميلي وبعده
 - بعد التعرّض لمواد الجسم
 - بعد لمس المواضع المحيطة بالزبون
 - بعد إزالة القفازات.

• راجع "المنظمة الأسترالية لنظافة اليدين" ([Hand Hygiene Australia](#)) للمزيد من المعلومات عن طريقة غسل يديك.

للمزيد من المعلومات

تتوفر أيضاً الموارد التالية لمساعدة الأعمال التجارية الخاصة بمهنيي اختراق الجلد وممارسيها على فهم متطلبات *Public Health Act 2010* (قانون الصحة العامة لعام 2010) و *Public Health Regulation 2022* (نظام الصحة العامة لعام 2022). تفقّد [صفحة موارد مهنيي اختراق الجلد](#) الخاصة بنا على موقع NSW Health: ([Skin penetration resources page](#))

خلافه

- [Sydney Water](#)
- [The Plumbing Code of Australia](#)
-

المعايير

- [AS/NZS 4815:2006](#)

نشرات المعلومات

- الجمال، فن الجسد وقطاعات العمل الخاصة باختراق الجلد
- طريقة تنظيف وتعقيم الأجهزة والأدوات القابلة لإعادة الاستخدام
- تصميم ومخطّط مكان العمل التجاري الخاص بمهنيي اختراق الجلد

ملصق

- تنظيف وتعقيم الأجهزة والأدوات القابلة لإعادة الاستخدام