

从事结肠灌洗的企业



Colonic lavage business - Chinese

结肠灌洗是用水清洗结肠或大肠的手术。根据《2022年公共卫生法》，从事结肠灌洗的企业需要为客户提供厕所设施。

关于本情况说明书

根据 Public Health Regulation 2022 (2022年《公共卫生条例》，以下简称《条例》)，结肠灌洗也叫结肠冲洗，属于皮肤穿刺手术，企业必须实施感染控制措施，以防止感染从一个人传播到另一个人。

结肠灌洗治疗可能通过被污染的设备 and 表面将病毒、细菌或真菌感染从一个客户传播到另一个客户。如果操作不正确，手术可能会对客户造成其他伤害，包括诸如溃疡或穿孔等结肠创伤；以及加重诸如憩室炎 (diverticulitis)、克罗恩病 (Crohn's disease) 或痔疮等慢性肠道疾病；以及热冲击 (thermal shock) 或烫伤。

企业可以在《条例》中找到关于皮肤穿刺手术的规定。

企业建筑

- 企业的设计与建设必须容易妥善地进行清洁（请参见《皮肤穿刺企业设计与建设》）。请联系[当地市政府](#)，以确保符合所有地方规定。
- 结肠治疗系统必须符合当地市政府和当地供水与污水处理部门的要求。
- 所有厕所或排污设备都必须连接到下水道。
- 所有结肠灌洗系统都必须有注册的防回流装置，由经认证的水管工安装，并进行年度测试。
- 水要符合《新州卫生部指导方针》的要求。如有条件，应使用市政供水。
- 如果安装了过滤/消毒系统，必须按照制造商的规格进行维修。
- 治疗中使用的水必须调节到尽可能接近体温，以防止热冲击和烫伤。
- 结肠系统的控制装置应该设在客户在手术开始之后无法改变设置的地方。

- 水泵、其他增压装置或吸水设施不应位于水箱的用户侧。在主管道和水箱上应安装调节水温的装置。
- 建议在封闭式和开放式系统中每个治疗室都有一个厕所。不过，
 - 对于封闭式系统，供客户使用的厕所必须装在进行手术的房间附近。
 - 对于开放式系统，供客户使用的厕所必须紧邻治疗室。

设备

- 结肠灌洗设备属于医疗设备，应该有澳大利亚治疗用品登记 (ARTG) 收录号 (列出，即 listing; 或者注册，即 registration)。
- 所有设备需要处于良好的工作状态，使用后要进行清洁、干燥，并保持清洁、干燥的状态。
- 所有刺入皮肤的物品在使用前必须是无菌的。
- 消毒必须使用高压蒸汽台式消毒器，该消毒器必须符合 AS/NZS 4815:2006 《放在办公室的卫生保健设施：可反复使用的医疗及外科器械与设备的再处理及相关环境的维护》（请参见题为《怎样清洁、消毒可反复使用的设备与器械》情况说明书）的规定。
- 难以清洁、消毒的设备应该是一次性使用的。
- 在皮肤穿刺手术中使用但不穿刺皮肤的物品必须妥善清洁并保持清洁状态。
- 每个新客户都必须使用干净的毛巾和床单。床单应在洗涤剂和热水中清洗。如果床罩是不透气的（比如是塑料的），在每个新客户使用之前必须清洁、消毒。
- 导管 (catheters) 和窥镜 (speculum) 必须是无菌的，而且建议只使用一次。所有设备都应列入治疗用品登记册并有 ARTG 编号。
- 可反复使用的管子难以清洁、消毒，可能难以完全排出管子中的空气，而如果管子中有空气残留，管子就无法有效地消毒，因此必须是一次性使用的。

企业卫生

- 企业必须始终保持清洁的状态。
- 诸如长椅等治疗区域，在每个客户之间必须清洁，和/或在治疗表面铺上干净的覆盖物。
- 企业对固定装置、配件和设备的清洁和维护应该有记录在案的程序，并且员工都有接受过这些程序的培训。
- 所有的垃圾都应该用袋子包紧，并每天都丢掉。
- 无菌包装应该在临开始治疗之前才打开。
- 设备刺进皮肤的无菌部分不应该用裸手触摸。如果必须处理无菌设备，应该使用预先包装好的无菌酒精拭子、无菌干拭子或无菌一次性手套。
- 为了防止交叉污染，所有液体和药膏都需要倒在一次性的容器里，每个顾客都要使用新的一次性器皿（不能重复蘸用）。
- 由于粪便污染风险很高，进行结肠灌洗的企业必须使用医院级消毒剂来消毒治疗床、外部灌洗系统和浴室设施。

从业人员的个人卫生

- 进行结肠灌洗手术的操作者必须穿上干净的防渗透服（impermeable gown）或围裙，戴上一次性使用的手套。
- 切口或伤口应使用密封的防水绷带覆盖。
- 手要洗干净。
 - 在为客户提供服务之前和之后
 - 手术前后
 - 接触体内物质后
 - 在接触到客户的周围环境后
 - 脱下手套后。
- 关于如何洗手的其他信息，请参见[澳大利亚手部卫生](#)。

其他要求

- 企业必须在当地市政府注册，符合所有必要的规划和建筑标准，并在开业前获得所有必要的批准。
- 临床垃圾或有生物危险的垃圾，必须由经批准的垃圾承包商处理。详情请向您当地的市政府查询。
- 水温应调整到跟正常体温一样，以防止热冲击或烫伤。进水温度应该是34至40°C，始终不能超过40°C（正常体温是37.6°C）。
- 如果使用恒温混合阀来混合热水和冷水，混合阀必须获得新州卫生部批准，并按照条例规定进行安装和维修。

费用与罚款

如果企业未能遵守该条例，可能会采取进一步行动。这可能包括：

- 改善通知书或禁令，另加285元至295元的管理费。
- 对个人的罚款通知从110元到1100元不等，对公司的罚款通知从220元到2200元不等。起诉的最高罚款金额更高，可能包括每日罚款。
- 如果发出了禁令，企业必须在企业入口处或附近展示其副本，让顾客清楚地看到。
- 禁令重新视察的费用为每小时255元，最低收费为30分钟，最高收费为2小时。

进一步的建议

- 联系[地方政府](#)。
- 打电话 1300 066 055 跟[当地公共卫生部门](#)联系。

更多信息

以下资源也可以帮助皮肤穿刺企业和从业人员了解 *Public Health Act 2010*（《2010年公共卫生法》）和 *Public Health Regulation 2022*（《2022年公共卫生条例》）的要求。请访问我们在 NSW Health 网站上的 [皮肤穿刺资料](#) 页面。

情况说明书

- 美容、人体艺术与皮肤穿刺行业
- 怎样清洁、消毒可反复使用的设备与器械
- 皮肤穿刺企业的设计与建设

海报

- 清洁、消毒可反复使用的设备与器械

其他

- [Sydney Water](#)
- [The Plumbing Code of Australia](#)

标准

- [AS/NZS 4815:2006](#)